

Số: 32/GM-TTYT
V/v mời báo giá dây nội soi

Gia Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm dây nội soi dạ dày, đại tràng năm 2024

Kính gửi: **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm y tế huyện Gia Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dây nội soi dạ dày, đại tràng làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Mua sắm dây nội soi dạ dày, đại tràng năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Gia Bình

Địa chỉ: Số 1 đường Gia Định – Thị trấn Gia Bình – Huyện Gia Bình – Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phan
- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược-VTTTB
- Số điện thoại : 0974024669
- Địa chỉ gmail: Ttytgiabinh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Gia Bình. Số 1 đường Gia Định – Thị trấn Gia Bình – Huyện Gia Bình – Tỉnh Bắc Ninh.
- Nhận qua email: Ttytgiabinh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: chậm nhất hết ngày 17 tháng 10 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (*phụ lục kèm theo*)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Chất lượng hàng hóa mới 100%
- Giao hàng tại kho vật tư của Trung tâm y tế huyện Gia Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

-Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán, bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải);
- Hệ thống đấu thầu ĐT quốc gia;
- Phòng ĐD-CTXH-KSNK (đăng tải trên website của TTYT);
- Lưu VT, Tổ XD giá.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Minh





MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 32/GM-TTYT ngày 07 tháng 10 năm 2024)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Gia Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Hãng SX | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND) | Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND) | Mã 5086(nếu có) |
|-----|------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Thiết bị A | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thiết bị B | | | | | | | | | | | |
| n | ... | | | | | | | | | | | |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17/10/2024
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Giấy mời số 32/GM-TTYT ngày 07/10/2024)

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
|-----|---|-------|--|----------|---------|
| 1 | Dây nội soi dạ dày tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa hãng Olympus CV170 | Chiếc | <p>a. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2023 trở về sau.- Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.- Nhà sản xuất đạt một trong các tiêu chuẩn sau: ISO 13485 hoặc EC hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.- Môi trường hoạt động của thiết bị:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ} \text{C}$.+ Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$. <p>b. Yêu cầu cấu hình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dây nội soi dạ dày tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa hãng Olympus CV170: 01 bộ;2 - Phụ kiện:<ul style="list-style-type: none">- Vali đựng dây soi : 01 cái;- Ngáng miệng : 01 cái;- Nắp đậy bộ kết nối : 01 cái;- Đầu nối thông khí : 01 cái;- Van hút : 01 cái;- Van khí nước : 01 cái;- Dầu silicon : 01 chai;- Kim sinh thiết : 01 cái;- Nắp van sinh thiết: 01 gói;- Chổi rửa : 01 bộ;- Bộ rửa kênh : 01 cái;- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ. <p>c. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Có chức năng quan sát NBI; | 01 | |



| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
|-----|--|-------|---|----------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$; - Độ sâu trường nhìn tối đa: ≥ 100 mm; - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: $\leq 9,2$ mm; - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: $\geq 2,8$ mm; - Độ uốn cong của đầu ống soi: <ul style="list-style-type: none"> + Hướng lên: $\geq 210^\circ$; + Hướng xuống: $\geq 90^\circ$; + Hướng phải: $\geq 100^\circ$; + Hướng trái: $\geq 100^\circ$; - Chiều dài làm việc: ≥ 1.030 mm; - Chiều dài tổng: ≥ 1.350 mm. | | |
| 2 | Dây nội soi đại tràng tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa hãng Olympus CV170 | Chiếc | <p>a. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2023 trở về sau. - Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. - Nhà sản xuất đạt một trong các tiêu chuẩn sau: ISO 13485 hoặc EC hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. - Môi trường hoạt động của thiết bị: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^\circ$ C. + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$. <p>b. Yêu cầu cấu hình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dây nội soi đại tràng tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa hãng Olympus CV170 : 01 bộ; 2 - Phụ kiện: <ul style="list-style-type: none"> - Vali đựng dây soi : 01 cái; - Nắp đậy bộ kết nối : 01 cái; - Đầu nối thông khí : 01 cái; - Van hút : 01 cái; | 01 | |



| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
|-----|-------------------|-----|--|----------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Van khí nước : 01 cái; - Dầu silicon : 01 chai; - Kìm sinh thiết : 01 cái; - Nắp van sinh thiết : 01 gói; - Chổi rửa : 01 bộ; - Bộ rửa kênh : 01 cái; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ. c. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật: - Có chức năng quan sát NBI; - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$; - Độ sâu trường nhìn tối đa: ≥ 100 mm; - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: $\leq 12,8$ mm; - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: $\geq 3,7$ mm; - Độ uốn cong của đầu ống soi: <ul style="list-style-type: none"> + Hướng lên: $\geq 180^\circ$; + Hướng xuống: $\geq 180^\circ$; + Hướng phải: $\geq 160^\circ$; + Hướng trái: $\geq 160^\circ$; - Chiều dài làm việc: ≥ 1.330 mm; - Chiều dài tổng: ≥ 1.655 mm. | | |