

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm máy li tâm thường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đình Nghĩa, số điện thoại: 0913595936.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: Phường Vũ Ninh – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 h 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy li tâm thường	Theo bảng mô tả đính kèm	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không tạm ứng.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi nghiệm thu và bên mua nhận được các chứng từ theo quy định, thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản vào tài khoản của bên bán tại ngân hàng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, Dược - VTTBYT.



Nguyễn Thanh Tùng





BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 14/6/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Model	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy li tâm thường	<p>1. Cấu hình tiêu chuẩn.</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính : 01 Máy- Bộ phụ kiện kèm theo máy : 01 bộ- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bằng tiếng Việt) : 01 bộ <p>2. Đặc tính, thông số kỹ thuật :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ quay : 300 - 4500 rpm, gia tốc 100rpm- Lực ly tâm tối đa RCF : 2490 x g- Độ chính xác tốc độ : ± 20 rpm- Rotor : 10ml x 12 chỗ- Màn hình LCD chữ số lớn- Thời gian ly tâm : 30 giây đến 99 phút / liên tục- Động cơ : DC không chổi than- Thời gian tăng/giảm tốc [giây] : A12-10P : 20giây/13 giây- Vận hành dễ dàng bằng núm vặn- Hệ thống bảo vệ : Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong	DM0412	Trung Quốc	01 Máy/ Thùng	Máy	01